



pH 10,012 tanúsított CRM puffer standardoldat referenciaanyag, IUPAC, 500 mL

Termékszám: S11M007
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Az EN ISO 17034 szabványnak megfelelő CRM tanúsított referenciaanyag

A DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) szabványnak megfelelő, elemzési tanúsítvánnyal* rendelkező tanúsított CRM pH-puffer IUPAC standardoldat referenciaanyag pontos pH-puffer értékek jelentését teszi lehetővé. IUPAC és NIST pH-skálára visszavezethető. A légmentes alumíniumtasakos csomagolás garantálja az eltarthatósági időt. Színtelen pH-puffer oldat. pH 10,012 ± 0,010 (k=2) 25 °C-on, 500 mL-es palack.

* A www.hach.com/CoA weboldalról tölthető le.

Akkreditált referenciaanyag-gyártó

A Hach a német DAkkS akkreditációs hatóság általi akkreditációval rendelkezik, mint bejegyzett referenciaanyag-gyártó, a DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) szabványnak megfelelően. A Hach kalibrációs laboratóriuma Berlinben található, és a DIN EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak megfelelően be van jegyezve.

Teljesen visszakövethető standardok

Egy akkreditált referenciaanyag-gyártó által készített standardok használatával teljesen megbízhatunk a követhetőségi láncban és a számított bizonytalanság értékében. Valamennyi standard megfelel az NIST és IUPAC specifikációknak.

Garantált 2 éves eltarthatósági idő

Minden standard biztonságos tárolást segítő, légmentesen zárt alumíniumtasakos csomagolásban érkezik.

Az első kinyitásig a tanúsított érték 2 évig garantált a tanúsítvány kibocsátásától számítva.

A tanúsítvány letöltése

Minden standard saját elemzési tanúsítvánnyal rendelkezik, amely letölthető a Hach weboldaláról.

Bizonyított visszavezethetőség

Minden standard saját megfelelőségi tanúsítvánnyal és visszakövethetőséggel rendelkezik, melyek letölthetők a Hach weboldaláról. Akkreditált laboratórium által készített standardok használatával teljesen megbízhat a követhetőségi láncban és a számított bizonytalanság értékében.

Műszaki adatok

Lábjegyzet: ¹Kivéve a cégünk által gyártott, a pH 6,865 és pH 7,413 oldatokra vonatkozó NIST, IUPAC és DIN19266 specifikációk szerinti összetételű pH 7,000 oldat

²A Dansk Fundamental Metrologi A/S-t a Dán Akkreditációs és Metrológiai Alap (DANAK) (255 sz.) akkreditálja a pH-mérésekre vonatkozóan.

Leírás: pH-puffer-kalibrációs reagens

NIST követhetőség: Igen

Package settings:	Palack
Paraméter:	pH
pH érték(ek):	10,012 ±0,010 pH 25 °C-on
Színkódolt?:	Nem
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL