

# KOI tesztküvetta, 100-2000 mg/liter $O_2$

**Termékszám:** **LCK514**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



## LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensek a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

**Pontos és megbízható mérési értékek**

**A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára**

**A reagensek kényelmes és pontos adagolása**

**Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban**

**Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok**

---

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Leírás: | Kémiai oxigénigény |
| Méréstartomány: | 100 - 2000 mg/L $O_2$ |
| Módszer név: | Dikromát |
| Műszer: | DR3900, DR6000, DR1900 |
| Paraméter: | KOI (COD) |
| Platform: | LCK |
| Roncsolás szükséges: | Igen |
| Tárolási feltételek: | 15 - 25 °C (fénytől védve tartandó) |
| Tesztek száma: | 25 |
| Truecal: | Igen |