

Chlorine Reagent Set (Total), Ultra Low Range DPD

Termékszám: **2563000**

HUF Ár (nettó):
Szállítási dátum nem látható

Elérhetőségünk

Veszélyes



For determination of ultralow Total Chlorine concentrations by the DPD Method. Hach Method 8370. USEPA accepted for drinking water and wastewater analysis. Range: 2 - 500 µg/L Cl_2. Reagents are ampuled for stability. Reagent set includes ULR Chlorine Buffer Solution (1.5 mL ampules), DPD Indicator Solution for ULR Chlorine (1.5 mL ampules) and Blanking Reagent for 20 tests.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	2 - 500 µg/L Cl_2
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8370
Műszer:	All except DR 900, PC II
Paraméter:	Chlorine
Speciális tulajdonság:	ULR DPD
Tesztek száma:	20