

Összes klór reagens, ACCUVAC, DPD

Termékszám: **2503025**

HUF Ár (nettó): Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes





Az ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvettaként használhatók. Összes klór meghatározásához 0,05-2,00 mg/liter Cl_2, bróm meghatározásához 0,02-2,00 mg/liter Br_2 és a jód meghatározásához 0,07-7,00 I_2 között

Szabad klór meghatározáshoz DPD módszerrel, AccuVac® Ampullákkal. USEPA által elfogadott, ivóvíz analízishez Hach 8167 módszerrel. Méréstartomány: 0.02 - 2.00 mg/L Cl2. 25 ampulla / cs.

Gyors
AccuVac® ampullák gyors eredményt biztosítanak. Csak pattintsa le, töltse be és olvassa le az eredményt - értékes időt takaríthat meg.

Könnyű
Nincs szükség minta mérésre vagy reagensre. Az ampullák a megfelelő minta mennyiséget tartalmazzák, így bárki hozzájuthat a helyes minta értékhez, minimális előfeszítés nékül.

Pontos
Pontos mérést és stabil reagenst biztosítanak.

Bárhol használható
Az ampullák reagens csövek és fotometriás mérő cellák egyaránt. Nincs szükség reagens vagy minta szállításra.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Méréstartomány (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br_2
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8167 klór
Műszer:	Mind
Paraméter:	Összes klór
	Bróm
	Jód
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 cs
Tesztek száma:	25