


# TOC küvettateszt (öblítéses módszer), 300-3000 mg/liter C

**Termékszám:** **LCK387**

HUF Ár (nettó): Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes





## LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagensek a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megegyezés szerinti határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

**Pontos és megbízható mérési értékek**

**A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára**

**A reagensek kényelmes és pontos adagolása**

**A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.**

**Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok**

---

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| EPA compliant: | N/A |
| Leírás: | Összes szerves szén |
| Méréstartomány: | 300 - 3000 mg/L C |
| Módszer név: | Kihajtásos módszer, perszulfátos feltárás |
| Műszer: | DR3900, DR6000, DR1900 |
| Paraméter: | TOC |
| Platform: | LCK |
| Roncsolás szükséges: | igen |
| Standard method: | EN 1484 |
| Tárolási feltételek: | 2 - 8 °C (hűtve kell tárolni) |
| Tesztek száma: | 25 |