

# Sodium thiosulfate (stabilized) digital titrator cartridge, 2.26 N

**Termékszám:** **2686901**

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

For determination of Hypochlorite (Bleach) by Digital Titrator titration. Hach Method 10100. Range: 5 - 15% Cl2 (50 - 150 g/L Cl2). Stabilized sodium thiosulfate formulation. 2.26 N Digits x 0.5 = g/L CI2 in 0.2 mL sample

**Accurate results - when and where you need them**
Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

**Fast and Flexible**
Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

**Versatile**
More than 50 parameter/range combinations are available

**Economical**
Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Méréstartomány: | 50 - 150 g/L $Cl_2$ |
| Módszer név: | Iodometric Method |
| Paraméter: | Hypochlorite |
| Platform: | Digitális titrátor |
| Tesztek száma: | 40 - 100 |
| Titráló: | 2.26 N $Na_2S_2O_3$ |